



BİOSERATECH

7 Mayıs, 2020

AEREM-19 UV-C sterilizasyon cihazı, *Escherichia coli* (*E.coli*) bakterileri kullanılarak Yıldız Teknopark bünyesinde bulunan Bioseratech firmamızın laboratuvarlarında test edilmiştir. Sonuç olarak, 1 saat dezenfekte edilmiş ortamda bulunan koloni sayısının, dezenfekte edilmemiş ortama göre %96 daha az olduğu kanıtlanmıştır.

Dr. Yasemin Yılmaz

Bioseratech Sağlık Ürünleri

Müdür

BİOSERATECH SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Çiftöze Havuzları, Eski Londra Asfaltı Cad.
Kuluçka Mh. Ç. Sok. No: 15 / F: 2/603
Esenler / İSTANBUL Tic. Sic. No: 117805-5
Eranler V.D.: 178 089 3811 Tel: 0544 692 7999
Mersis No: 0178 0693 8110 0001